



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 73.ОЦ.11.000.М.000465.10.15 от 21.10.2015 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ООО "КСС" по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6

Условия работы с источниками ионизирующего излучения: размещение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Современной Стоматологии"

1.1 Адрес юридический: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6

1.2 Адрес фактический: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6

2. Эксплуатация:

2.1. Аппарат рентгеновский eXpert DC

Тип аппарата - диагностический, ИИИ - генерирующий.

Заводской номер - 3015777. Год выпуска - 2014.

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Номинальное напряжение на трубке: 65 кВ.

Номинальный ток в трубке: 7 мА.

3. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бородков Дмитрий Анатольевич
Ф.И.О., подпись, печать

