



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 73.ОЦ.11.000.М.000465.10.15 от 21.10.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ООО "КСС" по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6

(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Современной Стоматологии" Юридический адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1564/3048 ОЛД/17 от 18.09.2015 г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

Заключение действительно до 21.10.2015 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бородков Дмитрий Анатольевич
Ф. И. О.: подпись, печать



№2401891



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 73.ОЦ.11.000.М.000465.10.15 от 21.10.2015 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ООО "КСС" по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6

Условия работы с источниками ионизирующего излучения: размещение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Современной Стоматологии"
- 1.1 Адрес юридический: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6
- 1.2 Адрес фактический: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6

2. Эксплуатация:

- 2.1. Аппарат рентгеновский eXpert DC
- Тип аппарата - диагностический, ИИИ - генерирующий.
- Заводской номер - 3015777. Год выпуска - 2014.

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Номинальное напряжение на трубке: 65 кВ.
Номинальный ток в трубке: 7 мА.

3. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бородков Дмитрий Анатольевич
Ф.И.О., подпись, печать

